

四平市第一人民医院

迈瑞彩超升级项目采购公告

一、项目概况:

我院于 2020 年 12 月购买了迈瑞 Resona8 彩色多普勒超声系统（偏妇科配置）一台，现为满足临床需求，为该设备配置相应的心脏超声模块及探头以便更好服务于患者。

二、项目编号：YNLC-061-20221124

三、项目名称：迈瑞彩超升级项目

四、采购方式：竞争性谈判

五、项目基本情况及技术需求：

设备名称	生产厂家	型号	备注
彩色多普勒超声诊断仪	迈瑞	RESONA 8T	偏妇科配置

升级方案:

设备型号	超声探头及模块	功能说明
迈瑞 RESONA 8T	超声探头	单晶心脏探头：常规心脏检查
	解剖 M 型	通过对二维图像上任意部位和方向的进行分析，从而获取感兴趣区域内局部心肌沿时间变化的运动轨迹
	TDI 组织多普勒	可以检测低速、高强度的组织运动信息，主要用于分析心肌室壁运动
	AUTO EF	自动测量射血分数
	IMT	测量内中膜厚度
	实时 IMT	实时监测血管内中膜变化，自动监测并计算颈动脉的内中膜厚度

六、供应商参加本次采购活动应具备并提供下列资格条件，并在投标文件中提供以下资料：（实质性要求，投标人提供以下资格证明文件复印件必须加盖投标人印章鲜章，并按顺序装订在投标文件中）

- 1、投标人具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；
- 2、投标人提供企业营业执照正副本复印件；
- 3、法定代表人身份证复印件；
- 4、法定代表人授权书原件；
- 5、授权代表的身份证复印件；
- 6、医疗器械生产或公司经营企业许可证、医疗器械经营许可证、经营许可证备案表复印件；
- 7、医疗器械注册证复印件和医疗器械生产产品登记表（不属于

2、定标方法：质量和服务均能满足采购文件实质性要求且二次报价最低者中标。评分因素主要有：产品价格、产品性能指标、使用科室需求、供应商综合服务能力、售后服务及学术支持等，请各供货商尽量提供详尽的证明材料。

十一、中标及服务承诺：

1、中标供应商接到中标通知后，3个工作日内来我院签订合同，逾期未到者，按弃权处理。

2、实行供应商送货制。中标供应商必须按我院要求按时、按质、按量（接通知15天内）送货到医院，并承担一切费用。供应商通过货运公司送货的除需付清长途运输费用外，还须付当地货运公司到我院指定地点的各种搬运费等费用，并在货运单上注明送货到我院设备科库房或其它指定地点。

3、严格按中标产品的生产企业、规格型号验货，不得随意改供其它生产企业的产品及规格型号，否则将拒绝验收入库。

十二、付款方式：

货到验收合格后，按医院相关财务制度和合同要求支付货款。

十三、项目咨询

联系人：陈老师 联系电话：0434-3539393（商务咨询）

联系人：杨老师 联系电话：0434-3539030（技术咨询）



（本公告最终解释权归四平市第一人民医院）